



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประมูลซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ คัน
ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ คัน ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement:e-GP)
๘. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพอ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และจะดำเนินการแจ้งผู้คำที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน พร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลตามวันและเวลาที่เหมาะสม

ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูล ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๕๓๐๙-๐๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน (www.lamphunpao.go.th) หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายกำธร เนตรผาบ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง). ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท/คัน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์.....

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.๒ นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกูล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน

๕.๓ นางศรีพรรณ หินสวณ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

๕.๔ นางสาวชพรรณ ช่วยวงศ์ นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

๕.๕ นายชำนาญ วิเชียร วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

๕.๖ นายณกต กัณธะอุดม นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๕.๗ นายดุสิต พรหมคำตัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

(รถยนต์ดัดแปลงเป็นรถพยาบาล) พร้อมอุปกรณ์ ราคากลาง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล

● ความต้องการจำเพาะ


๑. รถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Basic Trauma Life Support
๓. อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก

● คุณลักษณะของรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ดังนี้ คือ

- หมวด ก คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
หมวด ค อุปกรณ์อื่นๆ

หมวด ก คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้


รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เป็นรถช่วงยาวสีขาว



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณฤต กัณธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑. คุณสมบัติทางเทคนิคของรถยนต์

- ๑.๑ เป็นรถปิกอัพสีขาวตลอดทั้งคัน สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถ (แคสซี) และเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกันผู้ประกอบการพยาบาลต้องได้รับใบรับรอง ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และเป็นผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ๑.๒ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ cc หรือ มีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกินกว่า ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๓ ระบบกันสะเทือน - ล้อหน้าเป็นแบบปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
- ล้อหลังแหนบซ้อนและใช้ค้ำพรงกระบอก ติดตั้งแหนบทยางมุมกัน
- ๑.๔ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๑.๕ ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสก์เบรกทั้งสองล้อ

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนากุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายนนต์ กันชะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน


กรรมการ

- ๑.๖ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่แบบ Free maintenance ขนาด ๑๒ โวลต์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ ประจำรถครบถ้วน
- ๑.๗ ยางมีขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๕ มิลลิเมตร และกระทะล้อเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๘ ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร ความสูงจากพื้นถนนถึงหลังคา ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร
- ๑.๙ ระบบส่งกำลังเป็นคลัตช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
- ๑.๑๐ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๑.๑๑ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยมีคอยล์เย็นแยกปรับอากาศทั้งสอง ในตู้พยาบาล เป็นระบบปรับอากาศติดผนัง ระบบปรับอากาศใช้น้ำยาชนิดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม




(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายณัฐพล กันธะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ๑.๑๒ กระจกเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ข้างหน้า ๒ ข้าง ด้านคนขับความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าติดแถบทึบเฉพาะส่วนบนมีขนาด ๑๕ เซนติเมตร ด้านห้องพยาบาล มีความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์
- ๑.๑๓ มีเครื่องเสียงและเครื่องรับวิทยุ AM/FM ชนิดเล่นแผ่น MP๓ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
- ๑.๑๔ ห้องคนขับ
- ๑.๑๔.๑ มีประตูปิด-เปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมกุญแจรีโมท
- ๑.๑๔.๒ มีแผ่นบังแสงแดดกระจกด้านหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ อัน
- ๑.๑๔.๓ มีหลอดไฟให้แสงสว่าง

๒. อุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--|-------|
| ๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก ตามขนาดมาตรฐาน | ๑ ชุด |
| ๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต | ๑ ชุด |
| ๒.๓ ประแจถอดล้อ | ๑ อัน |

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ

(นายนภดล กันธะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
- | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|
| ๒.๔.๑ | ประแจปากตาย | ๒ ตัว |
| ๒.๔.๒ | ไขควงขนาด ๖ นิ้ว ทั้งปากแบนและปากแฉก | ๑ ชุด |
| ๒.๔.๓ | คีมธรรมดา | ๑ อัน |
| ๒.๔.๔ | ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือช่างต้น | ๑ ใบ |
- ๒.๕ เช็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไปของรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

▪ ตู้พยาบาล (รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน)

๓.๑.๑ โครงสร้างหลัก คานบน คานล่าง เสาหน้า

๓.๑.๑.๑ เป็นอลูมิเนียม หรือวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

๓.๑.๒ โครงสร้างผนังตู้

๓.๑.๒.๑ เป็นแบบผนังสองชั้น และมีฉนวนป้องกันความร้อน

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายนตล กันธอดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๓.๑.๒.๒ ทำจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต หรือพลาสติก ABS หรือ Fiberglass หรือวัสดุคุณภาพที่ดีกว่า
- ๓.๑.๒.๓ ทนต่อรังสี UV
- ๓.๑.๒.๔ สีภายในเป็นสีขาว
- ๓.๑.๒.๕ ห้องคนขับ และส่วนตู้พยาบาลให้ต่อชนกัน เพื่อป้องกันน้ำและลม รวมถึงเสียงรบกวน ไม่เกิน ๘๐ dB (ในกรณีวิ่ง)


๓.๑.๓ รายละเอียดชุดมาตรฐานอุปกรณ์ตู้

๓.๑.๓.๑ โครงสร้างหลัก

- ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรงน้ำหนักเบา หรือวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า


๓.๑.๓.๒ เฟรมท้าย

- เป็นเหล็กเคลือบ Zinc Chromate ป้องกันสนิม หรือวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการ




(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ




(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ




(นายณทัต กันธะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

ឧបករណ៍
កម្រិតៈ៤៣០
ក្រុមហ៊ុន ហ្វីលីប៊ីន ឯ.ក
(ឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិការ)


ឧបករណ៍
កម្រិតៈ៤៣០
ឯកភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
(ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ)


ឧបករណ៍
កម្រិតៈ៤៣០
ខ្ញុំប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់
(ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ)


ឧបករណ៍
កម្រិតៈ៤៣០
ក្រុមហ៊ុន ឯកភាពនៃការប្រើប្រាស់
(ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ)


ឧបករណ៍
ក្រុមហ៊ុន ១ ២៣ ៤៥៦៧៨៩១០
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
(ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ)
- ឧបករណ៍ -

ឧបករណ៍
កម្រិតៈ៤៣០
ក្រុមហ៊ុន ឯកភាពនៃការប្រើប្រាស់
(ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ)


ឧបករណ៍
ឯកភាពនៃការប្រើប្រាស់
(ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ)


បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ១២៣៤៥៦៧៨៩១០ -


๓.๒ คุณลักษณะภายในตู้พยาบาล

๓.๒.๑ ด้านซ้ายมีประตูปิด-เปิด ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถขึ้นลงได้ ด้านหลังมีประตูปิด-เปิด ชนิดเปิดซ้ายขวา นำเตียงผู้ป่วยเข้าออกพร้อมมีกุญแจล็อคประตู ด้านขวามีประตู ปิด-เปิด ชนิดบานเปิดสำหรับเก็บท่อออกซิเจน แบบบอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรน้ำ ๒ ท่อ มีอุปกรณ์จับยึดท่อออกซิเจนอย่างมั่นคง

๓.๒.๒ ภายในตู้พยาบาลมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และขนาด ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร และขนาดความสูงจากพื้นกระบะถึงหลังคา ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๓.๒.๓ เพดานเป็นแบบเพดานแข็งติดหลอดไฟให้สว่างแบบ SMD Fluorescence หรือ แบบไฟ LED และเป็นไฟ LED ๒ ชุด ใช้กับระบบไฟ ๑๒ VDC/๑๘ W ให้แสงสว่าง กระจายทั่วห้องโดยสารเท่ากับหลอด SMD Fluorescent ๑๒ VDC/ ๓๖ W แยก สวิตซ์ปิด-เปิด เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ หรือมอก.


๓.๒.๔ ด้านหลังของผนังกันห้องคนขับและตู้พยาบาลมีเก้าอี้นั่งแบบพับได้ หันหน้าไปท้ายรถ



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายนนต์ล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน


กรรมการ

- ๓.๒.๕ ในตู้พยาบาลมีตู้เก็บของสำหรับเก็บอุปกรณ์การแพทย์
- ๓.๒.๖ ติดตั้งชั้นวางของสำหรับวางอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ๓.๒.๗ ด้านซ้ายมือตู้พยาบาล เป็นเก้าอี้นั่งแถวยาวชนิด ๓ ที่นั่งพร้อมพนักพิงและเข็มขัดรัด ๓ ชุด ด้านล่างของที่นั่งมีที่เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ๓.๒.๘ เพดานตรงกลางตู้พยาบาล รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ๓.๒.๘.๑ ราวจับมือสแตนเลส ทำจากสแตนเลสสตีล ขัดขึ้นเงา ไม่เป็นสนิม
- ๓.๒.๘.๒ ชุดเสาแขวนถุงน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล (Stainless Steel Alloy) ไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงดึงรับน้ำหนักได้มากกว่า ๕ กก.



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการ



(นายทองศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายนฤกุล กันระอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๓.๒.๘.๓ ผนังด้านข้างมีเต้าเสียบไฟ ๑๒ VDC

๓.๒.๘.๔ ชุดกริ่งสัญญาณฉุกเฉินเชื่อมต่อจากตู้พยาบาล ด้านหลังไปยังห้องคนขับ เป็นกริ่งสัญญาณไฟฟ้า ๑๒ VDC ติดตั้งที่ด้านหน้าซ้ายภายในตู้พยาบาล ระดับเสียงไม่ต่ำกว่า ๘๐ dB และไม่เกิน ๑๒๐ dB

๓.๒.๙ ผนังภายในตู้พยาบาลทั้งหมดเป็นสีขาวตลอด ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย และทนความชื้น พื้นตู้พยาบาลบุด้วยอลูมิเนียมลายกันลื่น ตรงกลางของพื้นห้อง ทำเป็นฐานรับเตียงพยาบาลพร้อมที่ล็อคเตียง ที่ทนแรงกระแทกเวลาเข็นเตียงพยาบาล ขึ้น-ลง ด้านใต้ฐานเตียงพยาบาลทำเป็นช่องสำหรับ จัดเก็บกระดานแข็งรองนอนหรือ เพลตัก (Spinal Board หรือ Scoop Stretcher) มีระบบล็อคเตียงอัตโนมัติ เวลาเข็นเตียงผู้ป่วยขึ้น ปลดล็อคด้วยไฟฟ้าและมือดึง ด้านบนในตู้พยาบาลติดตั้ง ระบบปรับอากาศโดยแยกคอมเพรสเซอร์ กับห้องคนขับ

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายนตล กันระอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๓.๓ อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.๓.๑ อุปกรณ์ภายนอกตู้ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๓.๑.๑ ชุดระบบไฟสัญญาณบริเวณหลังตู้จำนวน ๔ ชุด สามารถมองเห็นได้ระยะไกล พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟสปอร์ตไลท์ด้านละ ๒ ดวง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกในเวลากลางคืน


๓.๓.๑.๒ ชุดระบบไฟสัญญาณท้ายรถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟสปอร์ตไลท์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกในเวลากลางคืน และไฟเลี้ยวท้ายตู้ สีเหลือง ๒ ดวง เป็นหลอด LED สว่าง ติดตั้งไฟเบรกเป็นหลอด LED สว่าง ช่วยทำให้รถข้างหลังมองเห็น



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนากุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายนนต์ล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๓.๓.๑.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉิน (สีตามที่กฎหมายกำหนด) หลอดไฟ LED ๑๒ VDC มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือ มอก. พร้อมสัญญาณไซเรน ๕ เสียง ๑๐๐ W ลำโพงในตัว ไฟไซเรนหลอดไฟ LED พร้อมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ให้อัตราเสียงไม่ต่ำกว่า ๑๐๐W หรือความดังไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ dB ใช้ไฟกระแสดัง ๑๒ VDC เป็นชนิดเสียงสูง ตามกฎหมายกำหนด มีเสียงไซเรน ๕ เสียง เวลาพูดโดยใช้ไมโครโฟนเสียงไซเรนจะถูกตัดออกอัตโนมัติ

๓.๔ ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ขนาด ๑๐ ปอนด์ Type-b

๓.๕ นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล

๓.๕.๑ นาฬิกาบอกเวลาติดผนังรพพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี พร้อมเวลาอย่างละเอียด

๓.๖ ชุดแอร์แขวนฟอกอากาศมีระบบฆ่าเชื้อในตัว พร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูก


๓.๖.๑ ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยา ๑๓๔ A



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวณ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณนตล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๓.๖.๒ สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิด-ปิด และปรับความแรงลม ๓ ระดับ

๓.๖.๓ ถาดรองน้ำทิ้ง ต้องทำความสะอาดง่าย น้ำหนักเบา

๓.๗ สปอยเลอร์

๓.๗.๑ สปอยเลอร์ท้าย ขึ้นรูปเสริมแรง พร้อมทำสื่อกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ

๓.๗.๒ ชุดไฟสปอตไลท์ ๒ ชุด เปิด-ปิด ด้วยสวิตช์คอนโทรลที่ห้องโดยสารคนขับ เมื่อต้องการแสงสว่างบริเวณท้ายรถ

๓.๗.๓ ชุดไฟเบรกท้ายจะต่อพ่วงเข้ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ เมื่อทำการเบรก ไฟเบรกท้ายจะทำงานพร้อมเปลี่ยนแสงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนว่ารถอยู่ในขณะเบรกอยู่

๓.๗.๔ ชุดไฟฉุกเฉิน ๒ ดวง ควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้าด้านหน้าคนขับเป็นไฟบอกสถานะฉุกเฉิน

๓.๗.๕ ชุดไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา ทำหน้าที่บอกสถานะ เมื่อมีสัญญาณไฟเลี้ยวจ่ายเข้าระบบ


๓.๗.๖ ออกแบบรูปแบบใหม่เข้ากับกับด้านท้ายรถ



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายนันทอล กันระอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๓.๗.๗ ชุดไฟเบรกท้าย โครงสร้างทำมาจากพลาสติกกัดลาย ประกอบด้วยเลนส์ไฟเบรก
สีแดงกัดลาย

๓.๗.๘ ชุดไฟเลี้ยว โครงสร้างทำมาจากพลาสติกพร้อมชุดเลนส์พลาสติกใสสีเหลือง
มีชุดหลอดไฟ ๑๕W ๑๒V DC.

๓.๗.๙ ชุดกันชนท้าย ติดตั้งสัญญาณไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟถอย และไฟส่องป้ายทะเบียน

๓.๘ บันไดท้ายแอสแตนเลส

๓.๘.๑ ผลิตจากท่อนสแตนเลส มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม

๓.๘.๒ ขนาดบันไดท้ายยาว ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.

๓.๘.๓ แผ่นอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื่น) หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชนิดแข็งไม่เป็นสนิม

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายนตล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวณ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


อบจ.ลำพูน

กรรมการ

หมวด ข คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์


- ๑.๑ ชุดเตียงรولเซ็นพยาบาล (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้)
- ๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน
- ๑.๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี
- ๑.๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย
- ๑.๑.๔ ปรับความสูงได้อย่างน้อย ๓ ระดับ
- ๑.๑.๕ มีเบาะรองนอนพร้อมสายรัดผู้ป่วยอย่างน้อย ๒ เส้น
- ๑.๑.๖ เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ๑.๑.๗ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายณัฐกมล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชีย และต้องมีใบรับรอง
คุณภาพระดับสากล

๑.๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ในวันยื่นเอกสาร

๑.๒ ชุดกล่องปฐมพยาบาล ๒๑ รายการ

๑.๒.๑ ท่อออกซิเจน ๒ ลิตรน้ำ พร้อมอุปกรณ์

๑.๒.๒ เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ สำหรับเด็กอย่างน้อย ๑ ชุด สำหรับผู้ใหญ่อย่างน้อย ๑ ชุด

๑.๒.๓ หูฟัง

๑.๒.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

๑.๒.๔.๑ ช่วงวัดความดัน ๐-๓๐๐ mmHg

๑.๒.๔.๒ ความแม่นยำ ในการวัดความดันโลหิต

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นายณทล กันธอดุม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ชูวงค์)
นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ๑.๒.๔.๓ ป้อนลมโดยอัตโนมัติ
- ๑.๒.๔.๔ การปล่อยลมออก ทำโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- ๑.๒.๔.๕ ทำการอ่านค่าเองโดยอัตโนมัติ
- ๑.๒.๔.๖ ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่และต่อกับ Adapter ภายในรถได้สามารถปิดเองโดยอัตโนมัติ (Auto Power off)
- ๑.๒.๕ เครื่องดูดเสมหะแบบมือปั๊ม
- ๑.๒.๖ ลูกสูบยางแดง
- ๑.๒.๗ สายดูดเสมหะ Size ๖"๘"๑๒"๑๔"
- ๑.๒.๘ หน้ากากสำหรับทำ CPR (AMBU BAG)
- ๑.๒.๙ ไฟฉาย
- ๑.๒.๑๐ ที่กดลิ้นพลาสติก หรือ สแตนเลส
- ๑.๒.๑๑ กรรไกร ๑๓ cm, ๑๔cm




(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)
นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวาน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายณภัต กันธะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)
นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ


- ๑.๒.๑๒ กรรไกรจับลิ้น
- ๑.๒.๑๓ ที่เปิดปาก
- ๑.๒.๑๔ เทปแต่งแผล
- ๑.๒.๑๕ ผ้าก๊อซในช่องสุญญากาศ Size ๓"x๓"
- ๑.๒.๑๖ เบตาดีน แอลกอฮอล์ สำลี
- ๑.๒.๑๗ ถังมืออนามัย
- ๑.๒.๑๘ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๓ นิ้ว ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว อย่างละ ๒ ม้วน
- ๑.๒.๑๙ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)
- ๑.๒.๒๐ ที่หนีบสายสะดือ
- ๑.๒.๒๑ Oro pharyngeal Airway ขนาด S M L อย่างละ ๑ ชิ้น
- ๑.๓ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)
- ๑.๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวาน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภัต กัณธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๑.๓.๑.๑ เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจให้กลับทำงานได้อย่างปกติ โดยใช้ไฟฟ้า
- ๑.๓.๑.๒ มีระบบชาร์จพลังงานอัตโนมัติเมื่อใช้เครื่อง AED (Automated external defibrillator) พร้อมทั้งมีเสียงพูด (Voice prompt) เป็นภาษาไทย แนะนำขั้นตอนการใช้งานและการทำ CPR
- ๑.๓.๑.๓ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๑.๓.๑.๔ มีแบตเตอรี่อยู่ภายในตัวเครื่อง ชนิดลิเทียมโพลิเมอร์ (Li-Po) หรือดีกว่า สามารถถอดเปลี่ยนได้ มีสัญญาณไฟแสงหรือสี เสียง เตือนในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำ (Low battery) และสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
- ๑.๓.๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นายณภดล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวัน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๑.๓.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๑.๓.๒.๑ ภาควิชาการตรวจหัวใจผู้ป่วย

๑.๓.๒.๑.๑ มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติก่อนการใช้งาน เมื่อเปิดฝาเครื่อง

๑.๓.๒.๑.๒ พลังงานที่ปล่อยออกไปกระตุ้นหัวใจหน่วยเป็นจูลส์ (JOULES) ตามค่ามาตรฐาน


๑.๓.๒.๑.๓ มีสวิตช์เลือกรูปแบบการใช้งานสำหรับเด็ก (CHILD MODE) และผู้ใหญ่ (ADULT MODE) หรือมี PAD ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่น้อยอย่างละ ๒ ชุด

๑.๓.๒.๑.๔ มีโปรแกรมวิเคราะห์การเต้นผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ARRHYTHMIA ANALYSIS) ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้

- VF

- VT


- NON-SHOCK



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ




(นายทองศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณัฏฐ กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๓.๒.๒ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๑.๓.๒.๒.๑ PADS ELECTRODE อย่างน้อย ๒ ชุด

๑.๓.๒.๒.๒ CARRYING BAG

๑.๓.๒.๒.๓ คู่มือการใช้งาน


๑.๔ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

๑.๔.๑ เป็นเครื่องวัดปริมาณของออกซิเจนในเลือด (OXYGEN SATURATION) และชีพจร (PULSE) ชนิดพกพาแบบวัดที่ปลายนิ้ว ขนาดเล็กกะทัดรัด

๑.๔.๒ มีหน้าจอแบบ LCD เรืองแสง สามารถอ่านค่าได้ในที่แสงน้อย

๑.๔.๓ ใช้แบตเตอรี่ชนิดใช้แล้วทิ้ง Alkaline หรือ Lithium สามารถชาร์จไฟได้ (Recharge)


๑.๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุใน แคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาใน วันยื่นเอกสาร



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกูล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวัน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภดต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๕ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

- ๑.๕.๑ เป็นเครื่องตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดระบบ Reflectance Photometry
- ๑.๕.๒ ใช้ปริมาณเลือดประมาณ ๑-๒ ไมโครลิตร
- ๑.๕.๓ การเติมเลือดสามารถเติมเลือดได้ ๒ แบบ ทั้งขณะที่แถบตรวจอยู่ในและนอกเครื่อง
- ๑.๕.๔ ระบบความจำค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ค่าของระดับน้ำตาลกลูโคสพร้อมแสดงเวลา และวันที่ทำการทดสอบ
- ๑.๕.๕ อ่านระดับน้ำตาลได้ ๑๐-๖๐๐ mg/dl
- ๑.๕.๖ สามารถอ่านค่าระดับน้ำตาลจากการเทียบสีข้างขวดบรรจุแถบตรวจได้ มีการเตือนเมื่อปริมาณเลือดไม่เพียงพอ
- ๑.๕.๗ มีการเตือนเมื่อใช้แถบตรวจที่หมดอายุแล้ว มีระบบเตือน กรณีอุณหภูมิที่ทำการทดสอบไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
- ๑.๕.๘ มีการตั้งสัญลักษณ์พิเศษเพื่อแสดงค่าน้ำตาลก่อนและหลังอาหาร

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายนภดล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๕.๙ หน้าปัดเป็นระบบ LCD (Liquid Crystal Display) หรือดีกว่า

โดยมีอุปกรณ์ทั้งหมดใน ๑ ชุด คือ

๑.๕.๙.๑ เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ๑ เครื่องพร้อมแถบตรวจอย่างน้อย ๒ ชุด
(แถบตรวจสามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด)

๑.๕.๙.๒ ปากกาเจาะเลือด ๑ ด้าม พร้อมหัวเข็มเจาะ อย่างน้อย ๒ ชุด
(หัวเข็มเจาะสามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด)

๑.๕.๙.๓ กระเป๋า ๑ ใบ


๑.๕.๑๐ ใช้แบตเตอรี่ชนิดใช้แล้วทิ้ง Alkaline หรือ Lithium สามารถชาร์จไฟได้
(Recharge)

๑.๕.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย
ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า
โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคา
แนบใบรับรองมาไว้ด้วยเอกสาร



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสว่น)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายณภดล กันธะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๑.๖ ชุดกระดานแข่งรอนอน พร้อมเข็มขัด

- ๑.๖.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก น้ำหนักเบา สามารถ X-RAY/CT ผ่านได้
- ๑.๖.๒ กระดานแข่งรอนอนชนิดนี้มาพร้อมกับ Safety Belts มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt
- ๑.๖.๓ สามารถป้องกันอันตรายหรือลดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ๑.๖.๔ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑ ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน ๗ ซม.
- ๑.๖.๕ มีน้ำหนักไม่เกิน ๗.๕ กก.
- ๑.๖.๖ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กก. โดยไม่โค้งงอเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายณภัต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๖.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๑.๗ ชุดล้อคีรีระพร้อมสายรัด

๑.๗.๑ ผลิตจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหู เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย

๑.๗.๒ สามารถใช้ร่วมกับชุดล้อคีรีระ และความยาวของสายรัดหน้าผากและคาง สามารถใช้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่

๑.๗.๓ สามารถใช้ร่วมกับ Spinal Board หรือ Scoop Stretcher ได้

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายณภัต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๑.๗.๔ ไม่รบกวน X-RAY/CT
- ๑.๗.๕ พลาสติกที่ใช้หุ้มสามารถกันน้ำได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ๑.๗.๖ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ x ๒๖ x ๑๘ ซม.
- ๑.๗.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร


๑.๘ ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชนิดพับได้ ๔ ท่อน

- ๑.๘.๑ โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ที่มีความแข็งแรงสูง ผ้าเปลทำจากผ้าใบ น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งง่ายต่อการทำความสะอาด



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายณภัต กัณธอดุม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๑.๘.๒ มีด้ามจับ เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บนอกสถานที่ และสามารถ
พับเก็บได้

๑.๘.๓ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.

๑.๘.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

๑.๙ แก้วขึ้นมีล้อ – พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)

๑.๙.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก
ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

๑.๙.๒ สามารถพับได้

๑.๙.๓ ชนิดแบบ ๒ ล้อ หรือ ๔ ล้อ

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายณกต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๑.๙.๔ มีที่จับ ๔ ด้าน (สามารถพับได้)
- ๑.๙.๕ บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีคั่นโยก ที่สามารถโยกขึ้นลงได้
- ๑.๙.๖ มี Safety Belt อย่างน้อย ๓ เส้น เพื่อป้องกันผู้ป่วยในขณะที่เคลื่อนย้าย
- ๑.๙.๗ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด
- ๑.๙.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๑๐ เก้าอี้ติดผนังแบบพับได้

- ๑.๑๐.๑ เก้าอี้สำรอง ติดตั้งด้านหลังห้องคนขับ ขนาด ๑ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย ๑ จุด พับขึ้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายพรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายณกต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงค์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๑.๑๐.๒ โครงสร้างทำจากโครงเหล็ก พ่นสีกันสนิม รองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม
พร้อมมีสปริงสำหรับดึงเบาะนั่งพับอัตโนมัติ
- ๑.๑๐.๓ เบาะนั่งและพนักพิงทำจากฟองน้ำอย่างดี ไม่แข็งกระด้างและนุ่มจนเกินไป
พร้อมบุด้วย PVC เข้ารูปกับสรีระและน้ำหนักของผู้นั่ง
- ๑.๑๐.๔ เช็มขัดนิรภัย ทำจากผ้าไนลอน มีความเหนียวและทนต่อแรงดึงสูง สามารถล็อกและ
ปลดได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยต่อผู้นั่ง

๑.๑๑ เฝือกตามคอ

- ๑.๑๑.๑ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสม กับผู้ป่วยสำหรับเด็กอย่างน้อย ๑ ขึ้น ผู้ใหญ่อย่างน้อย
๑ ขึ้น
- ๑.๑๑.๒ ขนาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ได้สำหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย
- ๑.๑๑.๓ สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายนทกุล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


- ๑.๑๑.๔ สามารถทำความสะอาดได้ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
- ๑.๑๑.๕ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน
- ๑.๑๑.๖ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด
- ๑.๑๑.๗ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้
- ๑.๑๑.๘ ปรับขนาดได้อย่างน้อย ๔ ระดับ หรือถ้าเป็นชนิดปรับไม่ได้ ต้องมีอย่างน้อย ๔ ขนาด
- ๑.๑๑.๙ สามารถเข้าเครื่อง X-RAY/CT ได้
- ๑.๑๑.๑๐ ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และทนทาน
- ๑.๑๑.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกูล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวณ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภดล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๑๒ ชุดเฝือกลมระบบสุญญากาศ อย่างน้อย ๓ ชั้น

เฝือกลมสุญญากาศ ใช้สำหรับตามแขน-ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมดอย่างน้อย ๓ ชั้น ประกอบด้วย เฝือกตามแขนอย่างน้อย ๒ ชั้น และเฝือกตามขา อย่างน้อย ๑ ชั้น

๑.๑๒.๑ เฝือกตามแขนชั้นที่ ๑ มีความกว้าง ๓๐ ซม. มีความยาว ๕๐ ซม.

๑.๑๒.๒ เฝือกตามแขนชั้นที่ ๒ มีความกว้าง ๕๐ ซม. มีความยาว ๗๐ ซม.


๑.๑๒.๓ เฝือกตามขาชั้นที่ ๓ มีความกว้าง ๗๐ ซม. ความยาว ๑๐๐ ซม.

๑.๑๒.๔ มีกระบอกสำหรับสูบลม ๑ อัน

๑.๑๒.๕ มีกระเป๋าสําหรับใส่เฝือกลมสุญญากาศ ๑ ใบ

๑.๑๒.๖ มีแผ่นต่อเพิ่มความยาว อย่างน้อย ๔ ชั้น


๑.๑๒.๗ มีอุปกรณ์ชุดซ่อมปะรอยรั่ว



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายนนต์ล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชัยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๑๒.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร


๑.๑๓ ผีอกตามหลัง (KED)

- ๑.๑๓.๑ โครงสร้างภายในผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง
- ๑.๑๓.๒ โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนาอย่างน้อย ๕ เส้น และสายรัดหน้าผากและคาง อย่างละ ๑ เส้น มีความยาวเพียงพอสามารถใช้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่
- ๑.๑๓.๓ การใช้งานเมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Sprint เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณศีรษะ จะได้รับป้องกันจากผีอกคอ
- ๑.๑๓.๔ ใช้ร่วมกับ Spinal board ได้
- ๑.๑๓.๕ ไม่รบกวนการ X-Ray หรือ CT



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)
นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -


(นายชำนาญ วิเชียร)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายนฤตล กันทะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๑.๑๓.๖ มีแผ่นฟองน้ำเพื่อรองรับศีรษะและแผ่นหลัง

๑.๑๓.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐาน
ความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือ
ในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๑๔. ไม้ตามแขน - ตามขา

๑.๑๔.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลว
ซึมผ่านได้ดี บรรจุในกระเป๋าพร้อมหูหิ้วมีซิปป

๑.๑๔.๒ ไม้ตามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔
เซนติเมตร ทนไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า
๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตรหนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

๑.๑๔.๓ ไม้ตามแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ


(นายณทศ กัณธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)
นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๑.๑๕ เพลตักแบบสอดด้านข้าง (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)


- ๑.๑๕.๑ เพลชนิดนี้เป็นแบบ Separate type (สามารถแยกออกจากกันได้)
- ๑.๑๕.๒ ด้านปลายทั้งสองด้าน มีชุดล๊อคที่สามารถล๊อคเพลทั้ง ๒ ข้างเข้าด้วยกัน หรือเมื่อต้องการแยกเพลก็สามารถถอดออกได้
- ๑.๑๕.๓ สามารถป้องกันอันตรายหรือลดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ๑.๑๕.๔ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างง่ายและรวดเร็วโดยการแยกเพลออกจากกัน และข้อหลังของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยไม่ต้องขยับตัว
- ๑.๑๕.๕ ส่วนบนของเพล ถูกออกแบบให้รับกับตัวคอ
- ๑.๑๕.๖ ความยาวของเพล สามารถปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยได้
- ๑.๑๕.๗ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนักเบาต่อการเคลื่อนย้ายใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทำความสะอาดง่าย
- ๑.๑๕.๘ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายณภดล กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


๑.๑๕.๙ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๑๖ ท่อออกซิเจนผลิตจากอลูมิเนียม ขนาด ๔ ลิตรน้ำ จำนวน ๑ ท่อ พร้อมรถเข็น

๑.๑๖.๑ ท่อออกซิเจน ที่ผลิตจากอลูมิเนียมเนื้อดีทนแรงดันสูง ขนาด ๔ ลิตรน้ำ พร้อมขาจับ

๑.๑๖.๒ รถเข็นออกซิเจนทำจากสแตนเลส


๑.๑๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมอก. โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายณกต กัณธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๑๗ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับท่อออกซิเจนขนาด ๔L) พร้อมกระเปาะวัดความชื้น

๑.๑๗.๑ Regulator แบบ ๑ เกจวัด เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้วัดแรงดัน เกจ (Gauge) ที่ ๑
วัดแรงดันภายในถัง

๑.๑๗.๒ Flow meter

๑.๑๗.๓ Humidifier

๑.๑๗.๔ Nasal Cannula

๑.๑๗.๕ Mask with Bag (ชุดครอบจมูก)


๑.๑๗.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมอก. โดยระบุในแคตตาล็อก หรือใน
กรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภัต กันชะอุ่ม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๑๘ ท่อออกซิเจนผลิตจากอลูมิเนียม ขนาด ๒๐ ลิตรน้ำ จำนวน ๒ ท่อ พร้อมขาจับ


๑.๑๘.๑ ท่อออกซิเจนเป็นท่ออลูมิเนียม ทนแรงดันสูงขนาด ๒๐ ลิตรน้ำ จำนวน ๒ ท่อ
(เป็นท่อสำรอง ๑ ท่อ)

๑.๑๘.๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมอก. โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวณยื่นเอกสาร

๑.๑๙ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับท่อออกซิเจนขนาด ๒๐L) พร้อมกระเปาะวัดความชื้น และปลั๊กเสียบชุดออกซิเจนแบบติดตั้งติดตั้งแบบ Pipe line

▪ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับถัง oxygen cylinder ๒๐ liter


๑.๑๙.๑ Regulator แบบ ๑ เกจวัด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลดแรงดัน เกจ (Gauge) ที่ ๑
วัดแรงดันภายในถัง



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณัฏฐ กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช้วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๑.๑๙.๒ Flow meter

๑.๑๙.๓ Humidifier

๑.๑๙.๔ Oxygen Nasal Cannula

๑.๑๙.๕ Oxygen mask with bag (ชุดครอบจมูก)

๑.๑๙.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือมอก. โดยระบุในแคตตาล็อก หรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๒๐ ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนผนัง

๑.๒๐.๑ สามารถวัดความดันโลหิตแบบ Analog Scale

๑.๒๐.๒ ติดตั้งยึดกับผนังตู้พยาบาล ด้านบนซ้ายมือผู้ป่วย

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทองศักดิ์ พิทักษ์รัตนานกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายคุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายณภัต กนธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๑.๒๐.๓ BP ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ ซม. หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นตัวเลขและสเกลได้อย่างชัดเจน ตัวเลขบอกความดันโลหิตสีแดง-ดำ ง่ายแก่การมองเห็นที่ชัดเจน มีตะกร้าสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
- ๑.๒๐.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อกหรือในกรณีที่ ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร

๑.๒๑ เครื่องดูดเสมหะแบบใช้กับไฟฟ้า ๑๒ VDC & ๒๒๐ VAC มีแบตเตอรี่ในตัว

- ๑.๒๑.๑ เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า ๑๒ VDC & ๒๒๐ VAC มีแบตเตอรี่ในตัว



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภัทร กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ๑.๒๑.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts และกระแสสลับ ๒๒๐ Volts และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถพกพา
- ๑.๒๑.๓ มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- ๑.๒๑.๔ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที
- ๑.๒๑.๕ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ
- ๑.๒๑.๖ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร
- ๑.๒๑.๗ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด
- ๒.๒๑.๘ หน้าจอเครื่อง : เป็นหน้าปัดของ Vacuum meter
- ๒.๒๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)
นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวัน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -
(นายชำนาญ วิเชียร)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ

(นายนทกุล กันชะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)
นักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๒.๒๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย ที่ได้รับมาตรฐาน
ความปลอดภัย ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า โดยระบุในแคตตาล็อก
หรือในกรณีที่ไม่ได้ระบุในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่น
เอกสาร

หมวด ค อุปกรณ์อื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ กรวยจราจร สีส้ม-ขาวสะท้อนแสง อย่างน้อย ๒ อัน ซึ่งสามารถพับเก็บ สะดวก
- ๑.๒ ไฟฉาย หรือไฟควมคุมจราจร
- ๑.๓ เสื้อสะท้อนแสง อย่างน้อย ๓ ตัว
- ๑.๔ เทปกั้นจราจร สีเหลือง-ดำ ๑ ม้วน และสีขา-แดง ๑ ม้วน

๒. อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน


- ๒.๑ ขวานขนาดใหญ่



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภัต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๒.๒ เชือกคล้องตัว พร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว


๒.๓ ท่อ PVC สำหรับสอดเชือกคล้องตัว

๒.๔ กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ่

๓. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ๒ ระบบ (ANALOG AND DIGITAL SYSTEM) ชนิดติดรถยนต์ (Mobile) ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ (ประเภท ๒) พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานที่ กสทช. กำหนด

๓.๑ อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- ๓.๑.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๓.๑.๒ คู่มือการใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม
๓.๑.๓ เสาอากาศแบบติดรถยนต์แบบ Vertical ๕/๘ แลมป์ดา (ความยาวคลื่น) หรือดีกว่าพร้อมสายส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายณภัต ก็นระอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

កម្រិត៖ ២៣១

58

កម្ពុជា ២០១១



កម្ពុជា ២០១១

21-11000-211

- ԷԼԱՅԱՆԵՐԴ -

ក្នុងមួយលោកអង្គ

2A

● เงื่อนไขเฉพาะสำหรับตัวรถยนต์

๑. สำหรับตัวรถยนต์

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องประกอบรถพยาบาลให้เป็นไปตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ

๑.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด สามารถ

นำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักรต้องรับประกัน


คุณภาพของรถยนต์ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า

๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) นับตั้งแต่วันรับมอบเป็นต้นไป

แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อน โดยให้แนบเอกสารยืนยัน หากมีการ

ชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยน

ชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์




(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ



(นางศรีพรรณ หินสวาน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ



(นายนฤต กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ชั่ววงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ


- ๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และขนาดของห้องพยาบาล
ในรูปแบบ Drawing แสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง รูปตัวรถยนต์พร้อมหลังคา พร้อมชุด
ไฟสัญญาณฉุกเฉิน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และด้านใน
แสดงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องพยาบาลอย่างชัดเจน
- ๑.๕ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน
๑ ชุดต่อ ๑ คัน

๒. เครื่องปรับอากาศ

- ๒.๑ อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดตั้งต้องเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้ว เป็นต้นไป

๓. สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์

- ๓.๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน



(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานกรรมการ



(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)
นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ



(นายดุสิต พรหมคำตัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลลำพูน
กรรมการ




(นางศรีพรรณ หินสวน)
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่
กรรมการ



(นายนงคต กันธะอุดม)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
อบจ.ลำพูน
กรรมการ



(นางสาวกชพรรณ ช่ววงศ์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ.ลำพูน
กรรมการ

๓.๒ หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกันและทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง
ผู้ขายต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้

๓.๓ มีหนังสือรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์ แนบมาด้วยเวลาส่ง

๔. รถพยาบาลฉุกเฉินต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที

๕. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายชัดเจนที่แตกต่างจากตรงับคุณลักษณะเฉพาะข้อใดทุกข้อ

๖. ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาพร้อมภาษีตัดแปลงสรรพสามิตและต้องส่งมอบรถภายใน
๙๐ วัน

๗. สติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองมะนาวรอบคัน (อุปกรณ์เสริม) รูปแบบตามองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนกำหนด

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายณภัต กั้นระอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

๘ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตดัดแปลงรพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต

๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้มาตรฐานรับรองระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือ มอก.

๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายที่สะดวกในการให้บริการ หรือมีใบแต่งตั้งจาก
บริษัทฯ ที่มีตัวแทนจำหน่าย

(นายประสิทธิ์ แสงอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

(นายทองศักดิ์ พิทักษ์รัตนกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

(นายดุสิต พรหมคำตัน)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลลำพูน

กรรมการ

- ไปราชการ -

(นายชำนาญ วิเชียร)

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

สนง.บริการสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่

กรรมการ

(นายณนท กันธะอุดม)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางศรีพรรณ หินสวน)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

อบจ.ลำพูน

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ ชួយวงศ์)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

อบจ.ลำพูน

กรรมการ